

Osvědčení o jakosti

Sekundární referenční materiály pro odměrnou analýzu

Analyt (odměrný roztok):	Kyselina chlorovodíková
Objednací katalogové číslo:	HCL 02M2
Koncentrace a její nejistota:	0,20060 ± 0,0001 mol.dm ⁻³ při 20 °C
Výchozí materiály:	HCl 36 % Analpure® podvarově destilovaná H ₂ O demineralizovaná, převařená, vodivost < 0,2 µS/cm
Kontrola správnosti nominálního složení odměrného roztoku a návaznost:	Volumetrickou titrací odměrným roztokem hydroxidu sodného. Odměrný roztok je navázán na SRM NIST 84I (Hydrogenftalát draselný) a na odměrný standard firmy Reagecon H21001 (1,0 M HCl).
Použitý obal:	2000 ml PE kanystr dekontaminovaný loužením kyselinami.

Číslo šarže:

9702

Spotřebujte do:

10/2022

ANALYTIKA® spol. s r. o.
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9
Česká republika
tel./fax: 286 589 616



Mgr. Petr Šmejkal
Vedoucí zkušební laboratoře L1624