OSVĚDČENÍ O JAKOSTI

Kategorie: **Pomocný roztok**

Kód výrobku: **V003 ($LaCl_3$)**

Matrice:

2% HCl (v/v), připravená z podvarově destilované HCl (ANALPURE®) a ultračisté demineralizované vody filtrované přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm (rezistivita ≥ 18 MΩ.cm)

Přidělená hodnota koncentrace při 20 °C

25 (g/l)

Specifikace:

Číslo šarže: 10398

Datum výroby: 11.07.2023

Spotřebujte do: 11.07.2026

Použití:

Jako pomocný roztok při aplikaci kalibračních roztoků v AAS s plamenovou atomizací a v AAS s elektrotermickou atomizací.

Charakterizace:

Tomuto roztoku je přidělena hodnota koncentrace na základě gravimetrické přípravy.

Obsah stopových nečistot ve vyrobeném roztoku v mg/l:

Al - 0,2	Ca - 0,075	Ce - 0,1	Gd – 0,05
Fe - 0,015	Ho - 0,005	Mn - 0,005	Sc – 0,001
Si - 0,125	Tm - 0,0075	Y - 0,075	

Skladování a návod k použití:

Tento roztok musí být skladován a uchováván v originálním obalu při teplotách 5 – 30 °C. Výrobce zaručuje uvedenou dobu použitelnosti a exspirace pouze za předpokladu, že je s materiálem odborně manipulováno.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze: 11.07.2023 Revize:

Datum revize: Verze: 01