OSVĚDČENÍ O JAKOSTI

Kategorie: **Pomocný roztok**

Kód výrobku: **V0043**

Matrice:

4% HNO_3 (v/v) připravená z podvarově destilované HNO_3 (ANALPURE®) a ultračisté demineralizované vody filtrované přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm (rezistivita ≥18 MΩ.cm)

Přidělená hodnota koncentrace při 20 °C

Pd	**3 000 (mg/l)**
$Mg(NO_3)_2$	**2 000 (mg/l)**

Specifikace:

Číslo šarže: 11241

Datum výroby: 19.05.2025

Spotřebujte do: 19.05.2028

Použití:

Jako pomocný roztok při aplikaci kalibračních roztoků v AAS s plamenovou atomizací a v AAS s elektrotermickou atomizací.

Charakterizace:

Tomuto roztoku je přidělena hodnota koncentrace na základě gravimetrické přípravy.

Obsah stopových nečistot ve vyrobeném roztoku v mg/l:

Au ≤ 0,006	Ag ≤ 0,003	Ca ≤ 0,006	Fe ≤ 0,013	K ≤ 0,003
Na ≤ 0,003	Pb ≤ 0,003	Zn ≤ 0,003		

Skladování a návod k použití:

Tento roztok musí být skladován a uchováván v originálním obalu při teplotách 5 – 30 °C. Výrobce zaručuje uvedenou dobu použitelnosti a exspirace pouze za předpokladu, že je s materiálem odborně manipulováno.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze: 19.05.2025 Revize:

Datum revize: Verze: 01