

IDENTIFIKAČNÍ LIST RM

ASTASOL® - CH CE281M

Standardní kalibrační roztok pro chromatografii v lahvičkách s kapilárou CERTAN®

Tento Identifikační list je formulován v souladu s TNI Pokynem ISO 31

TOL MIX-2

Kategorie:**Referenční materiál****Kód výrobku:****CE281M****Analyty:**

Tetrachlormetan, certifikovaný
1,2-dichloreten, certifikovaný
1,1,2-trichloretylen, certifikovaný
1,1,2,2-tetrachloretylen, certifikovaný
Trichlormetan, certifikovaný
Tribrommetan, certifikovaný
Dibromchlormetan, certifikovaný
Bromdichlormetan, certifikovaný

Přidělená hodnota koncentrace a její rozšířená nejistota ($k = 2$):

$1000 \pm 10 \mu\text{g/ml}$ (každá složka; při 20 °C)

Matrice (rozpouštědlo):

Metanol (Picograde® pro analýzu reziduí, LGC Standards)

Specifikace:**Číslo šarže:** 106**Datum výroby:** 19.1.2021**Datum expirace:** 19.9.2022

Použití:

Jako kalibrant pro stanovení výše uvedeného analytu chromatografickými metodami.

Gravimetrická příprava a návaznost:

Vstupní analyty jsou naváženy na elektronických vahách, rozpuštěny v uvedeném rozpouštědle v příslušné odměrné baňce (kalibrované odměrné nádobí třídy A). Při vážení se uplatní korekce na uvedenou čistotu certifikované výchozí látky, při doplňování se roztok temperuje na $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Rozšířená nejistota způsobená vážením, odměřováním objemu a doplňováním nepřesahuje $\pm 0,5\%$. Kontrolu správnosti nominálního složení tohoto kalibračního roztoku lze provést porovnáním koncentrací tohoto roztoku s nezávislým interním standardním roztokem.

Použitý obal:

Lahvička CERTAN® z tmavého skla vložená do plastového kontejneru. CERTAN® je obchodní ochranná známka zaregistrovaná firmou LGC Standards.

Skladování:

Standardní roztok by měl být skladován ve tmě při teplotě $5 - 10^\circ\text{C}$ (v lednici). Alikvótní podíly potřebné pro analýzu by měly být odpipetovány (injekční pipetou typu Hamilton) při 20°C okamžitě po otevření lahvičky CERTAN®; ta by měla být opět pevně uzavřena do 1 až 2 minut.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017: Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze IL: 19.1.2021

Revize IL:

Datum revize IL:

Verze IL: 01