



IDENTIFIKAČNÍ LIST RM

ASTASOL[®] - CH CE001A**Standardní kalibrační roztok pro chromatografii v lahvičkách
s kapilárou CERTAN[®]**

Tento Identifikační list je formulován v souladu s TNI Pokynem ISO 31

PAU MIX-1

Kategorie:**Referenční materiál****Kód výrobku:****CE001A****Analyty a přidělené hodnoty koncentrací a jejich rozšířené nejistoty (k = 2) při 20°C:**

Benzo(b)fluoranten, certifikovaný	20 ± 0,2 µg/ml
Benzo(k)fluoranten, certifikovaný	20 ± 0,2 µg/ml
Benzo(g, h, i)perylene, certifikovaný	20 ± 0,2 µg/ml
Benzo(a)pyren, certifikovaný	20 ± 0,2 µg/ml
Fluoranten, certifikovaný	50 ± 0,5 µg/ml
Indeno(1, 2, 3 - c, d)pyren, certifikovaný	50 ± 0,5 µg/ml

Matrice (rozpuštědlo):Acetonitril (Picograde[®], pro analýzu reziduí, LGC Standards)**Specifikace:****Číslo šarže:** 105**Datum výroby:** 10.9.2021**Datum expirace:** 10.9.2023

Použití:

Jako kalibrant pro stanovení výše uvedených analytů chromatografickými metodami.

Gravimetrická příprava a návaznost:

Jednotlivé složky jsou naváženy na elektronických mikrováhách (Mettler MT 5 se spodní mezí váživosti 0,000001 g a vestavěnou automatickou kalibrací), rozpuštěny v uvedeném rozpouštědle a kvantitativně převedeny do příslušné odměrné baňky (kalibrované odměrné nádoby třídy A). Při vážení se uplatní korekce na uvedenou čistotu certifikované výchozí látky, při doplňování se roztok temperuje na $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Rozšířená nejistota způsobená vážením, odměřováním objemu a doplňováním nepřesahuje $\pm 0,5\%$. Kontrolu správnosti nominálního složení tohoto kalibračního roztoku lze provést porovnáním koncentrací tohoto roztoku s nezávislým interním standardním roztokem.

Použitý obal:

Lahvička CERTAN® z tmavého skla vložená do plastového kontejneru. CERTAN® je obchodní ochranná známka zaregistrovaná firmou LGC Standards.

Skladování:

Standardní roztok by měl být skladován ve tmě při teplotě 5 - 10°C (v lednici). Alikvótní podíly potřebné pro analýzu by měly být odpipetovány (injekční pipetou typu Hamilton) při 20°C okamžitě po otevření lahvičky CERTAN®; ta by měla být opět pevně uzavřena do 1 – 2 minut.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017: Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze IL: 15.9.2021

Revize IL:

Datum revize IL:

Verze IL: 01